



ชื่อครุภัณฑ์	หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ		
ชื่อรุ่น	Hiclave HV		
ชื่อยี่ห้อ	Hirayama		
ปีที่ได้รับการจัดสรร	2563		
อายุการใช้งาน	5 ปี		
รายละเอียดโดยย่อ	- เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) แบบตั้งพื้น ขนาด 85 ลิตร ฆ่าเชื้อที่ 105-135 องศา C ความดัน 10-1-0.4 Mpa ทำงานได้ 1-300 นาที มีระบบตั้งเวลา ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ากำลังไฟ 2 กิโลวัตต์ 220V,50/60 Hz		
สถานที่ตั้ง	สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ		
ชื่อตามรายการครุภัณฑ์	หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		
เลขครุภัณฑ์	1-B0222-FA17-73100050002/001-63		
สถานะ	พร้อมใช้งาน		
	ชำรุด		
	เสื่อมสภาพ		
ผู้รับผิดชอบ	นายวุฒิชัย อ่อนเอี่ยม	ติดต่อ	0847189009
ข้อมูลเพิ่มเติม			