



ชื่อครุภัณฑ์	Fiber Extractor	
ชื่อรุ่น	FIWE6	
ชื่อยี่ห้อ	Fiber Extractor	
ปีที่ได้รับการจัดสรร	2560	
อายุการใช้งาน	5 ปี	
รายละเอียดโดยย่อ	<p>หาปริมาณกากและเยื่อใย (Raw Fiber) ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 6 ตัวอย่างพร้อมกัน และแต่ละตัวอย่างสามารถแยกทำโดยเฉพาะตามต้องการ</p> <p>สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้ตั้งแต่ 05 g ถึง 30 g โดยมีความแม่นยำในการวิเคราะห์ (Reproducibility) 1%</p> <p>สามารถทำการสกัด (Extraction) และการกรอง (Filtration) ได้ในระบบเดียวกัน</p>	
สถานที่ตั้ง	ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	
ชื่อตามรายการครุภัณฑ์	เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	
เลขครุภัณฑ์	1-B0205-FA17-66250190001/001-60	
สถานะ	พร้อมใช้งาน	✓
	ชำรุด	
	เสื่อมสภาพ	
ผู้รับผิดชอบ		ติดต่อ
ข้อมูลเพิ่มเติม	https://drive.google.com/file/d/1hxFWVWQqCfckPZytdkLdjV7kdmx_KI91/view	

จัดทำโดยโดย ชญานิชฐ์ สุนทรระ วันที่ 16 พ.ย. 2563